

Förvaringstid för vätskor i värmeskåp, max 40 grader C

Vätskorna ska: *datummärkas* när de läggs in; *ej packas för tätt* och *roteras inne i värmeskåpet* samt bara *värmas en gång*. För vätskor med ytterpåse gäller förvaringstiden vid bibehållen ytterpåse.

Infusionsvätskor	Fabrikat	Förpackning	Max förvaringstid
Benelyte, 500 ml	Fresenius-Kabi	Kabipack	3 månader
Glucos 50 mg/ml och 100 mg/ml	B. Braun	Ecoflac plus	6 månader
Glucos 50 mg/ml buffrad	Baxter	Viaflo	500 ml - 7 veckor 1000 ml – 14 veckor
Glukos 50 mg/ml Na 40 + K 20	B. Braun	Ecoflac Plus	6 månader
Glucos 100 mg/ml Na 40 + K 20	Baxter	Viaflo	1000 ml - 14 veckor
Glukos 25 mg/ml buffrad	B. Braun	Ecoflac Plus	6 månader
Natriumklorid 9 mg/ml	B. Braun	Ecoflac plus	6 månader
Natriumklorid 9 mg/ml	Baxter	Viaflo	500 ml - 7 veckor 1000, 2000 ml – 14 veckor
Natriumklorid 9 mg/ml	Fresenius-Kabi	Freeflex	6 månader
Plasmalyt	Baxter	Viaflo	500 ml - 7 veckor 1000 ml – 14 veckor
Plasmalyt Glucos	Baxter	Viaflo	500 ml - 7 veckor 1000 ml – 14 veckor
Ringer-Acetat	Baxter	Viaflo	500 ml - 7 veckor 1000 ml – 14 veckor
Spolvätskor	Fabrikat	Förpackning	Max förvaringstid
Glycin 15 mg/ml, 3000 ml	Baxter	Uromatic	2 veckor *
Natriumklorid 9 mg/ml	B. Braun	Ecotainer	2 veckor
Natriumklorid 9 mg/ml, 1000, 3000 ml	Baxter	Uromatic	2 veckor *
Natriumklorid 9 mg/ml, 3000 ml	B. Braun	Ecobag	2 veckor
Sterilt vatten, 500ml, 1000 ml	Fresenius-Kabi	Spolfaska	6 mån
Sterilt vatten, 100 ml	B. Braun	Glasflaska	2 veckor
Sterilt vatten, 1000, 3000 ml	Baxter	Uromatic	2 veckor *

* förutsatt att det är minst 3 månader kvar till utgångsdatum på förpackningen